


## SET INSTRUMENTAL DE EXTRACCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO

### DESCRIPCIÓN

Unidad funcional (Servicio) Centro Quirúrgico



### CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Medidas aproximadas con tolerancia de +/- 10% (siempre y cuando no afecte la funcionalidad del set instrumental)
- Fabricadas en acero inoxidable según norma ISO 7153-1, DIN, ASTM o equivalente.
- El instrumental quirúrgico tiene un acabado mate o satinado, según criterio técnico de diseño del fabricante para mejor acabado de la superficie.
- Puede ser lavado con detergente enzimático con pH neutro bacteriostático, agentes corrosivos y altas temperaturas de calor seco y húmedo (esterilización en autoclave y/o gas).

### COMPONENTES

- Una (01) Micro pinza recta, boca estriada de 4.0x0.6mm, longitud 8cm
- Una (01) Micro pinza Wullstein tipo cuchara hacia arriba de 1.0 x 0.9mm, longitud 8cm
- Una (01) Micro legra auricular Rosen 16cms
- Una (01) Cucharilla House recta 1.0 x 1.2mm, longitud 16cm
- Una (01) Pinza acodada Troeltsch de 11cm
- Una (01) Pinza nasal Hartmann de 16cms
- Una (01) Pinza bayoneta Jansen de 20cm
- Una (01) Pinza para extracción de cuerpo extraño orofaríngeo (Magill de 20cm)
- Un (01) Blefarostato Barraquer adulto
- Un (01) Blefarostato Barraquer pediátrico
- Un (01) Separador desmarrer 12cm y 16cm
- Una (01) Pinza de joyero recto punta fina 12cm
- Una (01) Pinza Douglas cilia 9cm
- Un (01) Dilatador lacrimal Double Casino Viejo 12cm
- Dos (02) Cánulas lacrimales
- Dos (02) Bandejas de esterilización con base de silicona y tapa

### ACCESORIOS E INSUMOS - CONTENEDOR

- Contenedor de acero inoxidable, validado para esterilización en autoclave, capacidad para contener correctamente todas las piezas que componen el set.

